



OFÍCIO CIRCULAR N.º 006/2021–CML/PM
(Referente ao Pregão Eletrônico n.º 006/2021–CML/PM)

Manaus, 11 de fevereiro de 2021.

Senhores Licitantes,

Tendo em vista a Impugnação aos termos do Instrumento Convocatório do **Pregão Eletrônico n.º 006/2021-CML/PM**, informo:

QUESTIONAMENTO DA EMPRESA:

1. No item 7.2.4 e subitem 7.2.4.4 e 7.2.4.6 e Termo de Referência nº 040/2020, item 5 (Solicitação de Ficha Técnica), subitem 5.1 – Certificado INMETRO, verifica-se a ausência de documentos em relação à qualificação técnica, cogitando-se cláusula manifestadamente comprometedora ou restritiva do caráter competitivo.

RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:

1. A produção dos equipamentos médicos hospitalares em questão deve ser realizada em conformidade com os requisitos mínimos necessários. Desta feita, por ser órgão brasileiro responsável pelo estabelecimento de programas de avaliação da conformidade, a certificação emitida pelo INMETRO é fundamental para garantia do que está sendo adquirido pela SEMSA.

57
f

CML
Comissão Municipal
de Licitação



Manaus
Prefeitura



Endereço: Av. Const. Nery, Nº 4.080, Chapada, CEP - 69050-001
Telefone: +55 (92) 3215-6375/6376
Email: cml.se@pmm.am.gov.br

Ante o exposto, inexistindo alterações às especificações iniciais, que interfiram na elaboração das propostas dos participantes, **mantém-se a data** prevista para a realização do certame, passando este Ofício Circular a fazer parte integrante do Edital do **Pregão Eletrônico n.º 006/2021-CML/PM**.

Silvana Maria Negreiros da Silva
Silvana Maria Negreiros da Silva
Presidente da Subcomissão de Saúde

Daniel de Lima Cavalcante
Daniel de Lima Cavalcante
Assessor Jurídico - DJCML/PM
OAB/AM Nº 9070