



**Ofício Circular n. 129/2020 – CML/PM**

Manaus, 09 de julho de 2020.

Senhores Licitantes,

Trata-se de Pedido de Esclarecimento apresentado por empresa, em 07/07/2020, às 08h15m (horário local), referente ao **Pregão Eletrônico n. 072/2020 – CML/PM**, cujo objeto versa sobre o “Eventual fornecimento de Materiais e Equipamentos Laboratoriais para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA”.

Considerando o teor técnico do questionamento, o pedido foi encaminhado à Secretaria requisitante no dia 07/07/2020, através do Ofício n. 767/2020 - CML/PM, para que esta se manifestasse.

A resposta foi recebida nesta Comissão Municipal de Licitação em 08/07/2020, às 13h20 (horário local), de modo que segue o questionamento da empresa e esclarecimento elaborado pela Secretaria requisitante.

Questionamento:

“Quais rotores e adaptadores devem acompanhar a centrífuga a ser entregue?”

**Resposta:**

“Esclarecemos que a centrífuga deverá vir acompanhada de 01 (um) Rotor Basculante (Horizontal) com adaptadores em nylon com capacidade de no mínimo 32 e máximo de 40 tubos de 15 ml.”

Sem mais observações para o tema por ora, colocamo-nos à disposição para sanar eventuais questionamentos.

Atenciosamente,

**Marilene Ramos Barros**

Presidente da Subcomissão de Saúde – CML/PM